

Déclaration du fournisseur pour protection contre les poussières en zone 21 et 22.

Herstellereklärung für den Schutz gegen Staub in Zone 21 und 22.

Manufacturer's declaration for protection against dust in Zone 21 and 22.

Nous
Wir
We




Rüeger SA
Chemin de Mongevon 9
CH-1023 Crissier

déclarons sous notre seule responsabilité que les produits
erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte
hereby declare on our own responsibility that the products

sondes de température types:

Temperaturfühler Typen: S10, S50, S70, S80, S81, S96

temperature sensors types:

Certifiés pour les gaz en Ex e  II 2 G Ex e IIC T6 Gb sécurité augmentée
Zertifiziert in Ex e für Gase  II 2 G Ex e IIC T6 Gb erhöhte Sicherheit
Certified for gases  II 2 G Ex e IIC T6 Gb increased safety

sont compatibles pour protection **zone 21 et 22 poussière**
sind kompatibel für Schutz **zone 21 und 22 Staub**
are compatible for protection **zone 21 and 22 dust**

en respectant l'annexe A) du certificat n°
unter Einhaltung des Annexes A) des Zertifikates N°
in compliance with schedule A) of the certificate n°

LCIE 01 ATEX 6032 X
LCIE 01 ATEX 6032 X
LCIE 01 ATEX 6032 X

Crissier, le 5 Septembre 2016
Crissier, den 5. September 2016
Crissier, 5th September 2016

Vincent Marinelli
ATEX Manager

