



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.32.004.А № 55106

Срок действия до 01 апреля 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Термопреобразователи сопротивления платиновые серии S

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "RÜEGER SA", Швейцария

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 38939-14

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

ГОСТ 8.461-2009

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ Первичная поверка до ввода в эксплуатацию - для ТП модификации S96; 2 года - для остальных ТП

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01 апреля 2019 г. № 681

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



А.В.Кулешов

"05" 04 2019 г.

Серия СИ

№ 035331

Изготовитель

Фирма «RÜEGER SA.», Швейцария
Chemin de Mongevon 9, Case postale 98
1023 CRISSIER 1 SWITZERLAND
Tel.: +41(0)21 637 32 32, Fax: +41(0)21 637 32 00
E-mail: info@rueger.ch

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г.Москва, ул.Озерная, д.46

Тел./факс: (495) 437-55-77 / 437-56-66

E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии



С.С. Голубев

М.п.

_____ 2016 г.