

**GB****EU Declaration of Conformity**

Directive 2014/34/EU (ATEX)
Zone 1, 2, 21, 22
Directive 2014/68/EU (PED)

We declare under our sole responsibility that the products pressure and temperature gauges with models:

T * K2 ; P * K2

correspond with the directive.

Design:

- with safety glass;
- with blow out device.

Notified body for EC type examination and production:

LCIE

F-92260 Fontenay-aux-Roses
Identification 0081

The gauges are marked with:



II 2G Ex ia IIC T4...T6 Gb or
II 2D Ex ia IIIC T135°C...T85°C Db,
LCIE 12 AR 020 NM certificate
number

Applied standard:

- EN 60079-0:2012 +A11
- EN 60079-11:2012

The revised standards have been compared to the standards used for certification purposes:

- EN 60079-0:2009
- EN 60079-11:2007
- EN 61241-11:2006

and no changes in the "state of art" apply to the equipment

**F****Déclaration UE de Conformité**

Directive 2014/34/UE (ATEX)
Zones 1, 2, 21, 22
Directive 2014/68/UE (PED)

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les appareils:

T * K2 ; P * K2

sont conformes à la directive.

Variante:

- verre de sécurité;
- ouverture de décompression

Organisme agréé pour contrôle et la fabrication selon la Norme CE:

LCIE

F-92260 Fontenay-aux-Roses
Identification 0081

Les appareils sont caractérisés par le marquage:



II 2G Ex ia IIC T4...T6 Gb or
II 2D Ex ia IIIC T135°C...T85°C Db,
LCIE 12 AR 020 NM certificate
number

Norme appliquée:

- EN 60079-0:2012 + A11
- EN 60079-11:2012

Les normes harmonisées ont été comparées aux normes utilisées pour la certification:

- EN 60079-0:2009
- EN 60079-11:2007
- EN 61241-11:2006

après examen, le matériel décrit précédemment est toujours conforme à l'état de l'art.

**D****EU-Konformitätserklärung**

Richtlinie 2014/34/EU (ATEX)
Zonen 1, 2, 21, 22
Richtlinie 2014/68/EU (PED)

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte Manometer und Thermometer mit Typ:

T * K2 ; P * K2

in Übereinstimmung sind mit der Richtlinie.

Ausführung:

- mit Sicherheitsglass;
- mit Druckentlastungsöffnung.

Die benannten Stelle für EG-Baumusterprüfung und Fertigung:

LCIE

F-92260 Fontenay-aux-Roses
Identifizierung 0081

Die Geräte werden gekennzeichnet mit der Kennzeichnungen:



II 2G Ex ia IIC T4...T6 Gb or
II 2D Ex ia IIIC T135°C...T85°C Db,
LCIE 12 AR 020 NM certificate
number

Angewandte Norm:

- EN 60079-0:2012 + A11
- EN 60079-11:2012

Die letzte Revision der Normen haben wir mit der Revision der Norm zur Zulassung überprüft

- EN 60079-0:2009
- EN 60079-11:2007
- EN 61241-11:2006

und keine Zulassung relevanten Änderungen gefunden. Damit entsprechen die Produkte dem letzten, gültigen Stand der Normen.

Stéphane Kohler

Quality Manager
3.06.2021